Parcus Braid ™ Non-Absorbable Surgical Suture

Important Product Information
Produktinformationsblatt
Información Importante sobre el Producto
Informations Importantes sur le Produit
Informações Importantes sobre o Produto
Önemli Ürün Bilgileri

Directions for Use
Gebrauchsanleitung
Instrucciones de uso
Mode d'emploi
Instruções de Utilização
Kullanım talimatları

30838 Rev 1

www.parcusmedical.com

CE 0086

Mfd for:
Parcus Medical, LLC.
Sturgeon Bay, WI 54235, USA
920-746-2972

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanover, Germany

Parcus Braid™
Non-Absorbable Surgical Suture

DESCRIPTION: Parcus Braid sutures are non-absorbable, sterile, surgical sutures composed of ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE).The monofilament fibers are uncoated and the braided sutures are available uncoated or coated uniformly with polybutylene adipate or silicone to increase surface lubricity, thereby enhancing the handling characteristics, ease of passage through tissue, and knot run-down properties for security. Parcus Braid sutures are inert and elicit only minimal local tissue reaction. The suture braid is available undyed (white) or with trace filaments of black nylon or blue polypropolyene suture for color. Parcus Braid sutures meet all requirements established by the United States Pharmacopeia (USP) and the European Pharmacopeia (EP) for non-absorbable surgical sutures except where indicated on the individual unit package.

INDICATIONS: Parcus Braid sutures are indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation and the use of allograft tissues for orthopedic surgeries. Parcus Braid sutures are intended for one-time use only, and are not to be re-sterilized.

ACTIONS: Parcus Braid sutures elicit a minimal acute inflammatory reaction in tissues, followed by gradual encapsulation of the suture by fibrous connective tissue. Parcus Braid sutures are not absorbed, nor is there any significant change in tensile strength retention known to occur in vivo.

CONTRAINDICATIONS: None known.

WARNINGS: As with any foreign body, prolonged contact of any suture with salt solutions may result in calculus formation. Do

not resterilize. Discard opened or unused sutures. Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving sutures before employing Parcus Braid non-absorbable sutures for wound closure, as the risk of wound dehiscence may vary with the site of application and the suture material used. Acceptable surgical practice must be followed with respect to drainage and closure of infected or contaminated wounds.

PRECAUTIONS: In handling this or any other suture material, care should be taken to avoid damage from handling. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps or needle holders. Adequate knot security requires the accepted surgical technique of flat, square ties, with additional throws as warranted by surgical circumstance and the experience of the surgeon. The use of additional throws may be particularly appropriate when knotting monofilaments.

ADVERSE REACTIONS: Adverse effects associated with the use of this device include: wound dehiscence, calculi formation when prolonged contact with salt solutions occur, enhanced bacterial infectivity, minimal acute inflammatory reaction, and transitory local irritation.

HOW SUPPLIED: Parcus Braid sutures are available undyed (white) or with trace filament of black nylon or blue polypropylene braided into the suture for color. Parcus Braid is available coated or uncoated, in sizes 7 (9 metric) through 6-0 (0.7 Metric). The sutures are supplied sterile, in pre-cut lengths and ligating reels, non-needled or affixed to needles using both permanent and removable needle attachment techniques. Parcus Braid sutures are available in one, two, and three dozen box quantities.

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale and use by, or on the order of, a physician.

Definition of symbols:

LOT	Lot Number
	Expiration Date
	Do Not Reuse/Resterilize
	See Package Insert
STERILE EO	Sterilized by Ethylene Oxide

Parcus Braid™ Nicht-absorbierbares chirurgisches Nahtmaterial

BESCHREIBUNG: Bei Parcus Braid Nahtmaterial handelt es sich um nicht-absorbierbares chirurgisches Nahtmaterial aus ultra-hochmolekularem Polyethylen (UHMWPE).Die monofilen Fasern sind unbeschichtet. Geflochtenes Nahtmaterial ist als unbeschichtete Fasern oder als gleichförmig mit Polybutylenadipat oder Silikon beschichtete Fasern zur Verbesserung der Oberflächengleiteigenschaften, was eine Verbesserung der Bedienungseigenschaften, des Gewebedurchtritts und der sicherheitsrelevanten Verknüpfung von heruntergewirtschafteten Objekten bewirkt, erhältlich. Parcus Braid Nahtmaterial ist chemisch inert und ruft nur minimale lokale Reaktionen im Gewebe hervor. Das Nahtmaterial ist ungefärbt (weiß) oder zur farblichen Kennzeichnung mit Spuren von schwarzem Nylon oder blauen Polypropylen-Fäden erhältlich. Parcus Braid Nahtmaterial erfüllt alle Anforderungen des US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) und der Europäischen Pharmakopöe (EP) für nicht-absorbierbares chirurgisches Nahtmaterial, außer wo nicht anders auf der einzelnen Verpackungseinheit vermerkt.

INDIKATIONEN: Parcus Braid Nahtmaterial ist zum Gebrauch bei einem Vollwandverschluss und/oder einem Abbinden von Gewebe angezeigt und Gefäßchirurgie und der Verwendung von allogenem Transplantatsgewebe für orthopädische Operationen. Parcus Braid Nahtmaterial ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht erneut sterilisiert werden.

REAKTIONEN: Parcus Braid Nahtmaterial ruft im Körpergewebe minimale akute Entzündungsreaktionen hervor, bei denen das Nahtmaterial durch fibröses Bindegewebe allmählich verkapselt. Parcus Braid Nahtmaterial ist nicht absorbierbar und für den lebenden Organismus ist nicht bekannt, dass es Hinweise auf signifikante Änderungen in der Zugfestigkeit des Körpergewebes gibt.

GEGENANZEIGEN: Keine bekannt.

WARNHINWEISE: Wie bei jedem Fremdkörper kann der Kontakt von Nahtmaterial mit Salzlösungen zur Kapselbildung im Körpergewebe führen. Nicht erneut sterilisieren. Entsorgen Sie geöffnete Verpackungen oder nicht verwendetes Nahtmaterial. Der Anwender sollte vor dem Gebrauch von nicht-absorbierbarem Parcus Braid Nahtmaterial zur Wundschließung mit den chirurgischen Verfahren und Techniken im Zusammenhang mit Nahtmaterial vertraut sein, da das Risiko einer Wunddehiszenz je nach Einsatzstelle und verwendetem Nahtmaterial variiert. Die zulässigen Arbeitsverfahren der chirurgischen Praxis bezüglich der Drainage und Schließung von infizierten oder verunreinigten Wunden müssen befolgt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Bei der Handhabung dieses oder jedes anderen Nahtmaterials sollte darauf geachtet werden, dass Beschädigungen, die aus der Handhabung herrühren könnten, vermieden werden. Schürf- oder Quetschschäden, die aus der Anwendung von chirurgischen Instrumenten wie Pinzetten oder Nadelhaltern herrühren, müssen vermieden werden. Hinreichende Knotensicherheit erfordert zulässige chirurgische Techniken von flachen quadratförmigen Knoten mit zusätzlichen Auswürfen, sofern dies die chirurgischen Umstände und die Erfahrung des Chirurgen

rechtfertigen. Die Verwendung von zusätzlichen Auswürfen kann gerade bei der Verknotung von Monofilamenten angebracht sein.

NEBENWIRKUNGEN: Nebenwirkungen, die mit dem Gebrauch dieses Produkts einhergehen, umfassen: Wunddehiszenz; Bildung von Körpersteinen, wenn ein Kontakt mit salzigen Lösungen vorliegt; erhöhte bakterielle Infektiösität; minimale akute Entzündungsreaktionen sowie vorübergehende lokale Reizungen des Körpergewebes.

LIEFERFORM: Parcus Braid Nahtmaterial ist ungefärbt (weiß) oder mit Spuren von schwarzem Nylon oder blauen Polypropylen-Fäden, die zur farblichen Kennzeichnung in das Nahtmaterial eingeflochten sind, erhältlich. Parcus Braid ist als beschichtete oder unbeschichtete Fäden in den Größen 7 (9 metrisch) bis 6-0 (0,7 metrisch) erhältlich. Das Nahtmaterial wird steril, in vorgeschnittenen Längen und bindenden Fadenrollen, nicht genadelt oder mit Nadeln befestigt unter Verwendung von sowohl dauerhaften als auch entfernbarer Nadelbefestigungstechniken ausgeliefert. Parcus Braid Nahtmaterial ist in Kartonmengen von einem, zwei oder drei Dutzend erhältlich.

VORSICHT: US-amerikanische Bundesgesetze schreiben vor, dass dieses Gerät nur an Ärzte verkauft und von diesen oder in deren Auftrag verwendet werden darf.

Parcus Braid ™ Suturas Quirúrgicas No Absorbible

DESCRIPCIÓN: Las suturas Parcus Braid son suturas quirúrgicas no-absorbibles y estériles compuestas de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE). Las fibras monofilamento no tienen cubierta y las suturas trenzadas están disponibles sin cubierta o recubiertas uniformemente con adipato de polibutileno o silicona para aumentar la lubricidad de la superficie, mejorando así las características de manejo, la facilidad de paso a través del tejido, y las propiedades de corrimiento de nudos para seguridad. Las suturas Parcus Braid son inertes y provocan una mínima reacción del tejido local. La trenza de sutura está disponible sin teñir (blanca) o con filamentos de traza de nylon negro o sutura de polipropileno azul para color. Las suturas Parcus Braid cumplen con todos los requisitos establecidos por la United States Pharmacopeia (USP) y la Farmacopea Europea (EP) para suturas quirúrgicas no absorbibles salvo donde se indique en el envase de cada unidad individual.

INDICACIONES: Las suturas Parcus Braid están indicadas para uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general y el uso de tejidos de aloinjerto para cirugías ortopédicas. Las suturas Parcus Braid están diseñadas para ser utilizadas una sola vez, y no deben ser re-esterilizadas.

ACCIONES: Las suturas Parcus Braid provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por la encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. Las suturas Parcus Braid no se absorben, ni hay ningún cambio significativo en

la retención de resistencia a tracción que se sabe ocurre en vivo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.

ADVERTENCIAS: Como con cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de cualquier sutura con soluciones salinas puede resultar en la formación de cálculos. No re-esterilizar. Desechar suturas abiertas o sin usar. Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y técnicas quirúrgicos que involucren suturas antes de emplear suturas Parcus Braid no absorbibles para cerrar heridas, pues el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar con el sitio de aplicación y el material de sutura utilizado. Se deben seguir la práctica quirúrgica aceptable con respecto al drenaje y cierre de heridas infectadas o contaminadas.

PRECAUCIONES: En el manejo de este o cualquier otro material de sutura, se debe tener cuidado para evitar daños por manipulación. Evite daños por aplastado o prensado debido a la aplicación de instrumentos quirúrgicos como pinzas o portaagujas. Una adecuada seguridad de nudo requiere la técnica quirúrgica aceptada de lazos planos y cuadrados, con puntos adicionales según lo ameriten las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano. El uso de puntos adicionales puede ser particularmente apropiado cuando anude monofilamentos.

REACCIONES ADVERSAS: Los efectos adversos asociados con el uso de este dispositivo incluyen: dehiscencia de la herida, formación de cálculos cuando ocurre contacto prolongado con soluciones salinas, inefectividad bacteriana mejorada, reacción inflamatoria aguda mínima e irritación local transitoria.

PRESENTACIÓN: Las suturas Parcus Braid están disponibles sin teñir (blanca) o con filamentos de traza de nylon negro o polipropileno azul trenzado en la sutura para color. Parcus Braid está disponible revestido o sin revestir, en tamaños de 7 (9 métrico) a 6-0 (0.7 métrico). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y rollos de ligar, sin agujas o fijados a agujas utilizando técnicas de sujeción de aguja permanentes y desprendibles. Las suturas Parcus Braid están disponibles en cantidades de una, dos y tres docenas de cajas.

ATENCIÓN: La ley Federal (EE.UU.) restringe su venta y uso por, o bajo órdenes de un médico.

Parcus Braid ™
Fil de suture chirurgical non résorbable

DESCRIPTION : les fils de sutures Parcus Braid sont des fils pour ligature chirurgicale non résorbables, stériles composés de polyéthylène à masse moléculaire très élevée (UHMWPE). Les fibres monofilament ne sont pas enduites et les sutures torsadées sont disponibles non enduites ou enduites uniformément avec de l'adipate de polybutylène ou du silicone pour accroître la lubrifiance de la surface, permettant d'améliorer les caractéristiques de manipulation, de faciliter le passage dans les tissus et d'offrir des propriétés réduisant les nœuds à des fins de sécurité. Les fils de sutures Parcus Braid sont inertes et ne provoquent qu'une réaction du tissu local minimale. Le fil de suture est disponible incolore (blanc) ou en fils trace de nylon noir ou en suture en polypropylène bleu. Les fils de sutures Parcus Braid répondent à toutes les exigences établies par l'United States Pharmacopeia (USP - organisme américain garant de la santé publique) et par la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) concernant les sutures chirurgicales non résorbables, excepté si indiqué sur l'emballage d'une unité individuelle.

INDICATIONS : les fils de sutures Parcus Braid sont indiqués en général pour être utilisés dans le rapprochement des tissus mous et / ou ligatures et le recours de tissus d'allogreffe en chirurgie orthopédique. Les fils de sutures Parcus Braid ne sont destinés qu'à un usage unique et ne doivent pas être restérilisées.

ACTIONS : les fils de sutures Parcus Braid ne provoquent qu'une réaction inflammatoire aigüe minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par le tissu

fibreux. Les fils de sutures Parcus Braid ne sont pas résorbés, et il n'existe aucune modification significative de la rétention de résistance à la traction intervenant *in vivo*.

CONTRE-INDICATIONS : aucune connue.

AVERTISSEMENTS : comme pour tout corps étranger, un contact prolongé d'une suture avec des solutions salées peut provoquer la formation de calculs. N'effectuez pas de restérilisation. Mettez au rebut les fils de sutures ouverts ou inutilisés. Les utilisateurs doivent être familiarisés aux procédures chirurgicales et aux techniques impliquant les sutures avant de recourir aux fils de sutures non résorbables Parcus Braid pour la fermeture de plaies, le risque de déhiscence de plaie pouvant varier selon le site d'application et le matériau de suture utilisé. Les pratiques chirurgicales agréées doivent être suivies en ce qui concerne le drainage et la fermeture de plaies infectées ou contaminées.

PRECAUTIONS : lors de la manipulation du fil de suture ou d'autres matériaux de suture, des précautions doivent être prises afin d'éviter de les endommager. Evitez d’écraser ou de pincer le kit de suture lors de l’utilisation d’instruments chirurgicaux tels que pinces ou porte-aiguilles. Le recours à la technique chirurgicale admise des nœuds plats et carrés est nécessaire pour sécuriser les nœuds avec des passages supplémentaires, tel que l'exigent les conditions chirurgicales et l’expérience du chirurgien. Le recours à des passages supplémentaires peut être particulièrement approprié lorsqu'on noue des monofilaments.

EFFETS INDÉSIRABLES : les effets indésirables associés à l’utilisation de ce matériau incluent : déhiscence de plaie, formation de calculs en cas de contact prolongé avec des solutions salées, infectivité

bactérienne accrue, réaction inflammatoire aiguë et minime, et irritation localisée temporaire.

FORMES ET PRESENTATION : les fils de sutures Braid Parcus sont disponibles en fils sans teinte (blanc) ou en fils trace de nylon noir ou en polypropylène bleu tressé dans la suture de couleur. Parcus Braid est disponible enduit ou non enduit, à des tailles de 7 (taille métrique 9) à 6-0 (taille métrique 0,7). Les fils de sutures sont fournis stériles, à des longueurs pré-taillées et en bobines de ligature, non-aiguilletés ou fixés sur des aiguilles utilisant les techniques de fixation d'aiguille permanente et amovible. Les fils de sutures Parcus Braid sont disponibles en boîtes d'une, deux et trois douzaines.

PRECAUTION : conformément à la loi fédérale des Etats-Unis, la vente et l'utilisation de ce produit ne peuvent être effectuées que par un médecin ou avec son autorisation.

Parcus Braid ™
Sutura cirúrgica não absorvível

DESCRIÇÃO As suturas Parcus Braid são suturas cirúrgicas não absorvíveis, estéreis, compostas de polietileno de ultra alto peso molecular (*High Molecular Weight Polyethylene* - UHMWPE). As fibras de monofilamento não são revestidas e as suturas trançadas são disponibilizadas sem revestimentos ou revestidas uniformemente com adipato de polibutileno ou silicone para aumentar a lubricidade da superfície, melhorando assim as características de manuseio, facilidade de passagem através do tecido e a segurança do nó. As suturas Parcus Braid são inertes e causam uma reação mínima no tecido local. O trançado da sutura é disponibilizado sem cor (branco) ou com filamentos de náilon preto ou propileno azul para sutura colorida. As suturas Parcus Braid atendem a todas as exigências estabelecidas pela Farmacopeia Americana (*United States Pharmacopeia* - USP) e pela Farmacopeia Europeia (*European Pharmacopeia* - EP) para suturas cirúrgicas não absorvíveis, exceto se indicado na embalagem de cada unidade.

INDICAÇÕES: As suturas Parcus Braid são indicadas para uso geral em aproximação e/ou ligadura de tecido mole assim como de tecidos de aloenxerto em cirurgias ortopédicas. As suturas Parcus Braid devem ser usadas apenas uma única vez e não devem ser reesterilizadas.

AÇÕES: As suturas Parcus Braid provocam uma reação inflamatória aguda mínima nos tecidos, seguida de um encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo fibroso. As suturas Parcus Braid não são absorvidas, nem há qualquer alteração significativa na retenção da tensão de estiramento conhecida que ocorra *in vivo*.

CONTRAINDICAÇÕES: Nenhuma conhecida.

AVISOS: Como acontece com qualquer corpo estranho, o contato prolongado de suturas com soluções salinas pode resultar na formação de cálculos. Não reesterilizar. Descarte as suturas abertas ou não utilizadas. Os usuários devem estar familiarizados com procedimentos e técnicas cirúrgicas envolvendo suturas antes de utilizar as suturas Parcus Braid não absorvíveis para o fechamento da incisão, pois o risco de deiscência da incisão pode variar com o local de aplicação e o material de sutura utilizado. Devem ser seguidas as práticas cirúrgicas aceitáveis em relação à drenagem e ao fechamento de incisões infectadas ou contaminadas.

PRECAUÇÕES: No manuseio deste ou de qualquer outro material de sutura, o manuseio deve ser feito com cuidado. Evite amassar ou prensar o produto devido ao uso de instrumentos cirúrgicos como pinças ou porta-agulhas. Para proporcionar segurança adequada ao nó é necessário utilizar técnicas cirúrgicas aceitas como nós quadrados, sem volume, com laçadas adicionais de acordo com a circunstância cirúrgica e a experiência do cirurgião. O uso de laçadas adicionais pode ser particularmente apropriado ao dar nós em monofilamentos.

REAÇÕES ADVERSAS: Os efeitos adversos associados ao uso deste dispositivo incluem: deiscência da incisão, formação de cálculos quando ocorrer o contato prolongado com soluções salinas, infectividade bacteriana aumentada, reação inflamatória aguda mínima, e irritação local transitória.

APRESENTAÇÃO: As suturas Parcus Braid são disponibilizadas sem cor (branco) ou com filamentos de náilon preto ou propileno azul para suturas coloridas. Parcus Braid pode ser

fornecida com ou sem revestimento, nos tamanhos 7 (9 métrico) a 6-0 (0,7 métrico). As suturas são fornecidas estéreis, em comprimentos pré-cortados e carretéis de fio cirúrgico, sem ou com agulhas, utilizando ambas as técnicas de fixação da agulha, permanente e removível. As suturas Parcus Braid estão disponíveis em caixas com uma, duas e três dúzias.

ATENÇÃO: A lei federal americana (EUA) restringe a venda deste produto e seu uso a um médico ou à sua ordem.

Parcus Braid ™
Emilemeyen cerrahi dikiş ipleri

TANIM: Parcus Braid süturları UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) materyelinden yapılmış olup, emilemeyen, steril cerrahi sütürlardır. Monofilament dikiş ipleri kaplamasız olarak, örme dikiş ipleri ise kaplamasız veya yüzey kayganlığını arttırarak kullanım özelliklerini dokulardan geçişi ve düğüm açılma özelliklerini iyileştirmek için eşit biçimde polibutilen adipatla kaplı olarak sunulmaktadır. Parcus Braid dikiş ipleri etkisizdir ve dokularda yalnızca çok düşük düzeyde bölgeel reaksiyonlara neden olur. Dikiş ipleri boyasız (beyaz) veya siyah naylon veya mavi polypropolyene renkte mevcuttur. Parcus Braid dikiş ipleri, ambalajların üzerinde aksi belirtilmediği sürece emilemeyen cerrahi dikiş ipleri için United States Pharmacopeia (UCP) (Birleşik Devletler Farmakoloji Birimi) ve European Pharmacopeia (EP) (Avrupa Farmakoloji Birimi) tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılamaktadır.

ENDİKASYONLARI: Parcus Braid dikiş ipleri genel olarak yumuşak dokuların dikilmesinde ve/veya bağlanmasında kullanılmak için tasarlanıp, ortopedik cerrahilerde allograft doku kullanımında ve kullanılabilir. Parcus Braid dikiş ipleri tek kullanımlıktır ve tekrar sterilize edilmemelidir.

İŞLEMLER: Parcus Braid dikiş ipleri dokularda çok düşük düzeyde akut enflamatuar reaksiyona neden olur ve bunu takiben dikişin fiberli bağlayıcı dokularla kademeli enkapsülasyonu meydana gelir. Parcus Braid dikiş ipleri emilmediği gibi uygulama alanında gerilme gücünde herhangi bir önemli değişiklik meydana gelmemektedir.

KONTRAENDİKASYONLAR: Bilinen herhangi bir kontraendikasyonu yoktur.

UYARILAR: Her türlü yabancı maddede olduğu gibi, dikiş ipleriyle tuz çözeltilerinin uzun teması tabaka oluşumuna neden olabilir. Tekrar sterilize etmeyiniz. Açık, kullanılmamış dikiş iplerini atın. Yaranın açılma riski uygulama sahasına ve kullanılan dikiş ipi malzemesine göre değişeceğinden, kallanıcı yara kapatma için Parcus Braid emilmeyen dikiş iplerini kullanmadan önce dikişlerle ilgili cerrahi presedür ve teknikleri biliyor olmalıdır. Pislenmiş veya enfekte olmuş yaraların drenajı ve kapatılmasıyla ilgili kabul edilen cerrhai uygulamalara uyulmalıdır.

ÖNLEMLER: Bu ya da tüm diğer dikiş ipi malzemelerini kullanırken, malzemeye zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Forseps ya da iğne tutucular gibi orseps ya da iğne tutucular gibi cerrahi aletlerin kullanımından kaynaklanan ezme veya kapartma hasarları vermekten kaçının. Düğümlerin yeterli düzeyde güvenli olması için, cerrahi duruma ve cerrahın deneyimlerine göre ek düğümlerle, yassı, kare düğümlerin atıldığı kabul edilen cerrahi teknikler kullanılmalıdır. Ek düğümlerin atılması, özellikle monofilamentlerle düğüm atarken uygun olabilir.

TERS REAKSİYONLAR: Bu aracın kullanılmasından kaynaklanan ters etkiler şunlardır: yaranın açılması, tuz solüsyonlarıyla uzun süre temasta durmasından kaynaklanan tabaka oluşumu, artan bakteriyel enfeksiyon, minimal akut enflamatuar reaksiyon ve geçici lokal tahriş.

NASIL SAĞLANIR: Parcus Braid dikiş ipleri boyasız (beyaz) veya siyah naylon ya da mavi polypropilen boyalı olarak örme, kaplamalı veya kaplamasız halde, 7 (9 Metrik) ile 6-0 (0,7 Metrik) arası boylarda mevcuttur. Dikiş ipleri steril, önceden kesilmiş uzunluklarda ya da dikiş

bobini olarak, iğnesiz ya da hem sabit hem de çıkartılabilir iğne tutturma tekniklerini kullanan

çeşitli iğne türlerine geçirilmiş halde mevcuttur. Parcus Braid dikiş ipleri bir, iki ya da üç düzinelik kutularda mevcuttur.

DİKKAT: Federal (Amerika Birleşik Devletleri) kanunlarınca bu aracın kullanımı, veya satışı sadece bir hekime veya hekimin talimatlarına mahsustur.